We measure it. testo

Проникающий/поверхностный прибор для измерения температуры

testo 905 – термометр стик-класса



- Удобство считывания результатов измерений благодаря поворотному дисплею
- Широкий диапазон измерений
- Измерение в диапазоне высоких температур, краткосрочно до +500 °C
- Высокое быстродействие
- Легкость в использовании
- Большой дисплей
- Функция автоматического выключения (Auto-off)

testo 905-T1 – быстродействующий проникающий термометр с широким измерительным диапазоном от -50 до +350 °C, краткосрочно до +500 °C (1-2 минуты). Прибор имеет профессиональный промышленный сенсор (термопара Тип K). Кроме того, термометр обладает высокой точностью измерений, в частности в верхней части измерительного диапазона.
testo 905-T2 – поверхностный термометр с широким измерительным диапазоном от -50 до +350 °C, краткосрочно до +500 °C (1-2 минуты). Подпружиненный широкий наконечник с термопарой обеспечивает высокое быстродействие и низкую погрешность измерений благодаря хорошему соприкосновению с неровной поверхностью объекта измерений.

Оба прибора имеют поворотный дисплей, что позволяет с легкостью считывать данные измерений из любого положения.

Технические данные / Принадлежности

testo 905-T1

testo 905-T1, проникающий термометр стик-класса, широкий диапазон измерений до +350 °C, низкая погрешность; вкл. многофункциональный зажим и батарейку



№ заказа 0560 9055 **3 900 руб.***

testo 905-T2

testo 905-T2, поверхностный термометр стик-класса с подпружиненным крестообразным зондом, высокое быстродействие, низкая погрешность измерений; вкл. многофункциональный зажим и батарейку

№ заказа 0560 9056 **4 900 руб.***

*Цена указана с НДС со склада в Москве. Поверка оплачивается дополнительно.

Технические данные

	testo 905-T1	**testo 905-T2**
Диапазон измерений	-50 ... +350 °C (краткосрочно до +500 °C)	-50 ... +350 °C (краткосрочно до +500 °C)
Погрешность ±1 цифра	±1 °C (-50 ... +99.9 °C) ±1% от изм. зн. (ост. диапазон)	±(1 °C ±1% от изм. зн.)
Разрешение	0.1 °C	0.1 °C
Рабочая температура	0 ... +40 °C	0 ... +40 °C
Температура хранения	-20 ... +70 °C	-20 ... +70 °C
Тип батареи	3 микро батарейки AAA	3 микро батарейки AAA
Ресурс батареи	1000 ч.	1000 ч.
Время отклика	10 с	5 с
Тип отклика	t_{99} (в воде)	t_{99}
Дисплей	LCD, 1-строчный	LCD, 1-строчный
Вес	80 г	80 г
Гарантия	2 года	2 года

ПОВЕРКА ПРИБОРА testo 905-T1	№ заказа	Цена*
Услуги по организации первичной поверки по каналу температуры в диапазоне 0-100°C (подготовка, переупаковка, проверка прибора). Срок исполнения: 3 недели	0770 0100	1 900 руб
Услуги по организации первичной поверки по каналу температуры в диапазоне 0-300°C (подготовка, переупаковка, проверка прибора). Срок исполнения: 3 недели	0770 0300	2 100 руб
Услуги по организации первичной поверки по каналу температуры в диапазоне -40+100°C (подготовка, переупаковка, проверка прибора) Срок исполнения: 3 недели	0770 40100	2 600 руб
Услуги по организации первичной поверки по каналу температуры в диапазоне -40+300°C (подготовка, переупаковка, проверка прибора) Срок исполнения: 3 недели	0770 40300	2 800 руб

ПОВЕРКА ПРИБОРА testo 905-T2	№ заказа	Цена*
Услуги по организации первичной поверки по каналу температуры в диапазоне 0-300°C (подготовка, переупаковка, проверка прибора). Срок исполнения: 3 недели	0770 0300 ТП	2100 руб.
Услуги по организации первичной поверки по каналу температуры в диапазоне -40+300°C (подготовка, переупаковка, проверка прибора). Срок исполнения 3 недели	0770 40300 ТР	2800 руб.
Услуги по организации **срочной** первичной поверки по каналу температуры в диапазоне 0-300°C (подготовка, переупаковка, проверка прибора). Срок исполнения: 8 рабочих дней.	0780 0300 ТП СР	3100 руб.
Услуги по организации **срочной** первичной поверки по каналу температуры в диапазоне -40+300°C (подготовка, переупаковка, проверка прибора). Срок исполнения: 8 рабочих дней.	0780 40300 ТП СР	4000 руб.

Модели Testo 905-T1/T2 внесены в Государственный Реестр Средств измерений РФ под номером 50955-12 и допущена к применению в РФ. Срок действия сертификата: до 24 августа 2017 года.
Межповерочный интервал - 1 год.

0980 9281/cw/A/01.2014

Подлежит изменению без уведомления.

Российское отделение Testo AG – ООО "Тэсто Рус"
115054, Москва, Большой Строченовский пер., д.23В, стр.1
Телефон: +7 (495) 221-62-13 • Факс: +7 (495) 221-62-16
E-mail: info@testo.ru • http://www.testo.ru